



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha

Ústav analýzy potravin a výživy

Adresa: VŠCHT Praha, Technická 5/1905, 166 28 Praha 6 (tel.: +420 602833424; +420 220443184; <https://www.vscht.cz/mzl>)

## Protokol o zkouškách LN: 2240/23

*číslo tisku: 1676/23*

Zákazník: Road 14 s.r.o.  
Rybná 716/24  
110 00 Praha - Praha 1  
Česká republika

Datum přijmu vzorku laboratoří: 6.12.2023  
Objednávka: 6.12.2023  
Označení vzorku zákazníkem: Název produktu: NMN 500, dodavatel: Kouzla Zdraví

Předmět zkoušení - popis vzorku: kapsle NMN  
obal: tuba  
množství: 35 g  
Datum provedení zkoušek: 06.12.2023 - 21.12.2023  
Místo provedení zkoušek: prostory MZL VŠCHT, Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 - Dejvice  
Zkušební metody: viz. Příloha

### VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

*viz Příloha*

Bez písemného souhlasu Metrologické a zkušební laboratoře nelze Protokol o zkouškách kopírovat jinak než celý, tedy včetně příloh.  
Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedeného zkušební vzorku ve stavu, v jakém byl do laboratoře dodán. Protokol o zkouškách nenahrazuje žádné jiné právní dokumenty. Laboratoř nenes odpovědnost za informace dodané zákazníkem, pokud mohou mít vliv na platnost výsledků.

*Příloha je nedílnou součástí tohoto Protokolu!*

Protokol o zkouškách vystaven v Praze dne: 21.12.2023

---

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., vedoucí laboratoře

*Konec protokolu*

**Příloha č. 1 Protokolu o zkouškách LN 2240/23**

Zkušební metoda: KM 27 Stanovení vitaminů a jejich forem metodou LC-MS

**Výsledky zkoušek:**

Analyt	Výsledek	Rozšířená nejistota	Jednotky	Zkušební metoda	Hodnocení výsledků	Limit	Poznámka
nikotinamid mononukleotid (NMN)	99,2	2.0	% hm.	LC-MS	X	-	-

Specifikace použité pro hodnocení výsledků: -

---

Uvedená rozšířená nejistota byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %. Při výpočtu a uvádění nejistot se postupuje podle dokumentu ILAC G17:01(2021) a příručky Kvalimetrie 11 (EURACHEM/CITAC 4). Uváděné nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

---

Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedeného zkušební vzorku, jak byl laboratoři přijat. Bez písemného souhlasu Metrologické a zkušební laboratoře nelze Protokol o zkouškách včetně příloh kopírovat jinak než celý. Protokol o zkouškách nenahrazuje žádné jiné právní dokumenty. Laboratoř nenes odpovědnost za informace dodané zákazníkem, pokud mohou mít vliv na platnost výsledků.

*Konec přílohy*